



Equipaggiamento e dotazioni sanitarie minime dei motocicli adibiti al soccorso/trasporto di emergenza

Tipologia L7e-B1¹

Segni distintivi esterni con pellicole ad alta rifrangenza (classe due)

Dispositivi acustici e luminosi di cui all'art.177 del CDS

Lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12V

Estintore da almeno 2 Kg

Barella di tipo "toboga" ovvero "a cucchiaio" dotata di cinture, in conformità a quanto indicato nella norma EN 1865

Defibrillatore semiautomatico

Bombola ossigeno da almeno n.2 litri

Tipologia L5e-A²

Segni distintivi esterni con pellicole ad alta rifrangenza (classe due)

Dispositivi acustici e luminosi di cui all'art.177 del CDS

Lampada portatile, di potenza adeguata, con alimentazione a batteria 12V

Estintore da almeno 1 Kg

Defibrillatore semiautomatico

I menzionati motocicli devono essere immatricolati per uso proprio e destinati al trasporto a bordo di personale in servizio dell'Associazione, nell'esercizio dell'attività oggetto dell'autorizzazione, nonché dei materiali e attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso, ubicate in appositi bauletti o borse portaoggetti omologati.

¹ Quad (ad abitacolo aperto) entro/fuori strada con al massimo due posti, con sella, incluso il posto del conducente, dotati di un manubrio, con velocità massima non superiore a 90 km/h e rapporto interasse/luce da terra non superiore a 6.

² Tricicli idonei alla circolazione in autostrada (art. 175, comma 2, lett. b del CdS), di cilindrata non inferiore a 250 cm cubici se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente.